

Ajánlattételi felhívás

STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése tárgyú, Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma, e-mail címe:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
Postafiók 1450 Budapest, Pf. 67.
Tel.: +36 1 210 94 01
Fax: +36 1210 94 02
E-mail: szoke.virag@koki.mta.hu

További kapcsolattartási pont:

Dr. Pálincás Csilla
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00071
Tel/Fax: +36 301 04 06
E-mail: csilla.palinkas@dhg.hu

2. A tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § szerinti jogcíme:

Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont, tekintettel arra, hogy az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti célból állítják elő.

3. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatás:

Az ajánlatkérő dokumentációt nem készít, annak tartalmi elemeit jelen ajánlattételi felhívás mellékleteiben határozza meg.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

1 db STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer

CPV 38510000-3

5. A szerződés meghatározása:

Adásvételi szerződés, melynek tárgya 1 db STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer ajánlatkérő székhelyére történő leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása – minimum 3 fő, minimum

10 órában - a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírás szerinti tartalommal.
A szerződés tervezetét jelen felhívás 4. sz. melléklete tartalmazza.

6. A teljesítés határideje:

A szerződés aláírásától számított 10 hét.

7. A teljesítés helye:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.
NUTS HU101

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő előleg fizetését nem biztosítja. A vételár kifizetése az ajánlatban megnevezett berendezés leszállítását és üzembe helyezését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után az Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján történik, számla ellenében, átutalás útján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben leírtak figyelembe vételével.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.

A kifizetésre vonatkozó további szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

9. Alternatív ajánlat lehetősége:

Nem biztosított.

10. Részajánlat-tétel lehetősége:

Nem biztosított tekintettel arra, hogy 1 db. berendezés beszerzéséről van szó.

11. Az ajánlatok értékelési szempontja:

A legalacsonyabb ár – a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján.

12. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Igazolási mód:

A Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy hogy már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani az arra vonatkozó igazolásokat, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, illetve a köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

13. Az ajánlattételi határidő:

2017. december 4. 9:30 óra

14. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43. fszt. 2.

Benyújtás módja: Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, 1 eredeti papíralapú példányban, továbbá az arról készített egy elektronikus példányban, CD vagy DVD adathordozón word vagy pdf formátumban kell benyújtani, zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képképző rendszer beszerzése – Ajánlat”.

15. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar.

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43. fszt. 2.

2017. december 4. 9:30 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.

17. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai:

A tárgyalás helyszíne: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony u. 43.

A tárgyalás lefolytatásának menete: az ajánlatkérő egyfordulós tárgyalást tart, ahol az ajánlattételre felkért egy ajánlattevő vesz részt. A tárgyalás során felek megállapodnak a teljesítés minden részletében. A tárgyalás során bármelyik fél kérheti rövid szünet tartását, mely során ajánlatkérő képviselői és ajánlattevő képviselői részére külön-külön konzultáció biztosított.

A tárgyalás befejezését követően a végleges ajánlat írásbeli benyújtása nem szükséges.

18. Az első tárgyalás időpontja:

2017. december 7. 9:30 óra

19. Az ajánlati kötöttség időtartama:

A tárgyalások befejezésétől számított 60 nap.

20. Ajánlati biztosíték előírásaira vonatkozó információ:

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását nem köti ki.

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektekre vonatkozó adat:

VEKOP-2.3.3-15-2016-00013

22. Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti alvállalkozók igénybe vétele:

Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

23. További információk:

Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése érdekében.

24. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:

2017. november 16.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Csatolandó iratok listája
4. sz. melléklet: Adásvételi szerződés – tervezet
5. sz. melléklet: Nyilatkozatminták – elektronikus úton megküldve

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. november 16.


Dr. Palinkás Csilla
felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő
Lajstromszám: 00071

1.

Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatás

1. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, 1 eredeti papíralapú példányban, továbbá egy arról készített elektronikus példányban, CD vagy DVD adathordozón word vagy pdf formátumban kell benyújtani, zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése– Ajánlat”.

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az eljárást megindító felhívásban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (4) és (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.

4. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamint bevonásuk esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) alábbi dokumentumait:

- nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu oldalon megtalálható-e, és az a hatályos adatokat tartalmazza-e,

- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, aláírás-mintái,
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.

8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

9. Az ajánlattevő, az alvállalkozó(k) és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók.

10. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását vagy a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevő általi felelős fordítást.

11. Az Ajánlattevőnek, amennyiben ajánlata üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miatt és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (2) bekezdés rendelkezéseire.

2.

Műszaki leírás

Inverz mikroszkóp váz:

Átesőfényes vizsgálati mód: 100W halogén, szabályozható.

Okulár: 10x, 22 mm-es látómezővel.

Binokuláris test (binokulárcső): beállítható interpupilláris, Binokuláris tubus, CFI 10x okulár dioptria kiegyenlítővel, látómező 22mm.

Portok száma: 4, binokuláris port 100%, bal 100%, jobb 100%, binokuláris-balport 20/80%. Motorizált fényút váltás. A váz rendelkezik két oldalsó port-tal FN25mm, tovább bővíthető hátsó portokkal egy emelet hozzáadásával.

Fókuszálás: Motorizált fókuszálás a revolverfej fel és le mozgásával.

Emelési magasság (motorizált): 10 mm.

Motorizált (léptető motor): minimális léptetés: 0.02 μ m.

Motorizált biztonsági pozíció és újrafókuszáló mechanizmus.

Durva/finom beállítás kapcsolható.

Szoftver alapú automatikus fókusz stabilizálás (autofókusz), ami időbeli multitárgyasztal pozíciós képkészítési kísérletekben (XYZt) beprogramozható és automatikusan korrigálja a fókusz eltéréseket.

Fényreflexió alapú (hardveres) fókusz stabilizálás (pl. Perfect Focus System).

Közbülső nagyításváltás pozícióérzékelővel: min 1.5x

Egyéb: Fényintenzitás kontroll; fény ki/bekapcsolás, vezérlőegység a mikroszkóptest elülső és oldalsó részén. Vezérlési lehetőség külső vezeték nélküli controllerrel.

Kondenzor: min. 7 pozícióval, DIC és fáziselemekkel bővíthető forgatható tárcsás kondenzor.

Motorizált asztal: maximális sebesség: 2,5 mm/sec vagy nagyobb, mágneses mintartóval. Tárgyasztal vezérlés joystick opcionálisan tablet.

Fluor filter váltó: motorizált, filterkocka STORM quadband 405/488/561/647

Fluor megvilágítás: min 130W, 2000 óra izzó élettartalom

Revolvertej (objektív tárcsa):

6 férőhelyes motoros DIC (amely alkalmas DIC megvilágításhoz is) objektív-revolvertej, optikai elven működő, nagy sebességű fókuszstabilizáló rendszer. motorizált Z irányú fókuszálással.

Bővíthetőség: második emelet kialakítása, megegyező látótérrel, további fotóaktivációs, manuális vagy motoros TIRF egységgel, DMD FRET modulal bővíthető.

Objektívek:

CFI Apochromat TIRF 100x olajos objektív N.A. 1.49, W.D. 0.12 mm

CFI Plan Fluor 10X N.A. 0.30, W.D 16,0 mm

CFI PLAN Apochromat VC 20X N.A. 0.75, W.D 1,0 mm

CFI Apo 40XWI NA 1.25, WD 0,18 mm

DIC prizmák és csúszkák a 10x/20x/40X objektívekhez.

Szuperrezolúciós/TIRF rendszer felépítése, paramétere:

Felbontás szuper-rezolúcióban: XY 20nm, Z 50nm

Felbontás: TIRF-ben: 150nm

Látótér: 80x80 mikrométer

Lézerek száma: 4

Lézer egység: monolitikus optikai megoldású, gondozásmentes

Lézerek hullámhossza: 405nm/488nm/561nm/647nm

Alkalmazás: fixált és élősejtes egyedi molekula detektálására alkalmas

Kamera pixelszáma: 2048x2048

Kamera sebessége: teljes felbontáson 100 fps

Kamera kvantum-hatásfoka: 70% felett 600nm-en.

Elmozdulás korrekció: fluoreszcens markerekkel

Konfokális rendszer:

Kompatibilitás: inverz és egyenesállású mikroszkóppal tartószerkezet nélkül.

A pásztázó fej: a detektortól külön álló egységben.

Detektor: 3 csatornás PMT detektor, mely opcionálisan bővíthető átesőfényű detektorral. A detektor egység kialakítása lehetővé teszi négy csatorna egyidejű detektálását.

Pinhole: 6 különböző méretű, kör alakú pinhole

Gyors letapogatási sebesség: 8 fps /512x512 pixel; 100 fps/512 x 32 pixel;

Rezonáns szkennelés: letapogatófej kiegészítővel: 30 fps (512 x 512 pixel), 420 fps (512 x 32 pixel)

Zoom: 8-1000x, optikai elven működő, a felbontást nem befolyásolja.

Letapogatás: X-Y, XY forgatás, zoom, ROI, XYZ, time lapse, X-Z, stimuláció, multipoint, nagy látóterű kép összeillesztés

Maximális pixelszám: 2048x2048 pixel, mely a nagy zoomtartomány alkalmazásával, a részletképek illesztésével funkcionálisan megegyezik egy nagyobb pixelszámú kép rögzítésével.

Bővíthetőség: 32 csatornás spektrális detektor csatlakoztatási lehetőség. A detektor kialakítása tegye lehetővé akár 32 színcsatorna egyidejű detektálását.

Lézer modul: a STORM lézerekkel közös 4 lézervonallal, változtatható lézerintenzitással (AOTF), gondozásmentes felépítés, előcentrált.

Minta hőmérséklet szabályozás: minta inkubáció 37°C és 5% CO₂ tartalom, stage-top inkubátorral.

Teljes mikroszkóp hőmérséklet szabályozása: inkubáció.

Rezgésmentes asztal:

Aktív pneumatikus felfüggesztésű, min. 98 x 80cm asztallap meretű.

Szoftver:

Lézerek, kamera és konfokális rendszer vezérlése, 2D analízis, 3D térfogat megjelenítés/ortogonális. Képképzés és analízis funkciók: Lézerek egymástól független aktiválása és vezérlése szoftveresen történik. sCMOS és PMT detektorok egymástól független aktiválása szoftveresen. Pásztázási mód kiválasztása, szoftveres objektív-, fényút-, fluoreszcens szűrőblokk (filter) váltás. Detektorok erősítésének és offset értékének szoftveres állítása. Az egyes beállítások elmenthetők, eszköztárból megnyithatók. Különböző csatornák egyidejű és egymástól független pásztázása. ROI, időbeli vizsgálat, ratio-analízis. Mérési adatok exportálása Excel fájlba. STORM

képalkotási és analízismód. Élőképen végrehajtható vizsgálatok, automatikus mérések, kép szegmentálás, kiegészítő információk tárolása a képpel. Makró írás/szerkesztés.

Licenszek:

1 aktív, 1 passzív STORM licenz.

Mikromanipulátor:

Hossz: 62.1 mm

Szélesség: 20.4 mm

Magasság: 25.4 mm

Mozgástartomány: bal és jobb: 240, lefele: 12 mm

Sebesség: bal & jobb: up to 10 mm/s; lefele: 2 mm/s

Felbontás: Bal: 10^{-7} rad (5 nm) Jobb: 10^{-7} rad (3.5 nm), Lefele: < 0.5 nm

Illesztés: Mágneses

Mikroinjektor:

Nyomástartomány: max. 5 bar (1 bar = 100 kPa = 14.5 psi)

Nyomás vezérlés: 0-4 bar, 0-58 psi; with microJECT

injektálás elektronikusan időzíthető, triggerelhető

Digitális időzítő: 100 μ s - 9.9 s

Analóg időzítő: 0.001 - 0.1 s, 0.01 - 1 s, 0.1 - 10 s és 1 - 100 s lineáris vezérléssel

Szelep kapcsolási idő: 10-20 ms (digitális időzítő), < 1 ms with microJECT, 100 ms (analóg időzítő).

Egyéb feltételek:

1 év teljes körű jótállás

3.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok

- A: Felolvasólap;
- B. Tartalomjegyzék;
- C. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- D: Ajánlattevői „Nyilatkozat” – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;
- E: Ajánlattevői „Nyilatkozat” – a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés);
- F: Cégekanyok;
- G: Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről;
- H: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében;
- I: Kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok;
- J: Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ára vonatkozóan
- K: Szakmai ajánlat: részletes leírás a mikroszkópról.

4.

TERVEZET!

Adásvételi szerződés – tervezet

mely egyrészről **MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet** (1083 Budapest, Szigony u. 43. Postafiók 1450 Budapest, Pf. 67., adószám: 15300526-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01716447-00000000) képviseli: Dr. Oberfrank Ferenc, **mint Vevő**

másrészről pedig

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Adóazonosító:.....

Székhelye:

Bankszámlaszám:.....

Képviselője:

mint Eladó között az alábbiak szerint:

Előzmények:

Felek megállapítják, hogy Vevő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le 1 db. STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer beszerzése tárgyban a VEKOP-2.3.3-15-2016-00013 sz. projektazonosítójú pályázat keretében, amelynek nyertes ajánlattevője Eladó lett.

A Eladó szakmai ajánlata a jelen szerződés mellékletét képezi.

1./ Eladó kötelezettséget vállal a fenti eljárásban tett ajánlatában részletezett és a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező szakmai ajánlatának megfelelően 1 db STORM szuper-rezolúciós technikán alapuló, élősejtes vizsgálatokra alkalmas biológiai képalkotó rendszer (a továbbiakban: Berendezés) Vevőnek való leszállítására, beüzemelésére, a kezelő személyzet betanítására, minimum 3 fő, minimum 10 órában, és annak 1 éven át tartó teljes körű - munkát és alkatrészeket magába foglaló - garanciális javítására (jótállás), beleértve az árban foglalt évenkénti megelőző karbantartást.

2./ Vevő az 1. pontban körülírt Berendezést megvásárolja.

3./ A Berendezés vételára: Ft + 27 % ÁFA, azaz Ft, mely tartalmazza annak Vevő telephelyére szállítását, üzembe helyezését és a kezelő személyzet betanítását a helyszínen, valamint 1 év teljes körű jótállást és az ez idő alatti évenkénti megelőző karbantartást.

4./ A Berendezés vételárára vonatkozó számla benyújtására Eladó a Berendezés leszállítását követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás után a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult. A számla kiegyenlítése a Vevőhöz történő beérkezését követően 30 napon belül, átutalás útján történik a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdésében, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben leírtak figyelembe vételével.

Felek úgy állapodnak meg, hogy a berendezés tulajdonjoga Vevőre történő átszállásának napja az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásnak dátuma.

A Vevő tájékoztatja Eladót, hogy szerződés tárgya közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ban foglalt rendelkezései.

5./ Eladó köteles a Berendezést Vevő telephelyére leszállítani és ott Vevővel együttműködve üzembe helyezni, legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 10 héten belül. Eladó köteles a Vevő által megrendelt Berendezést az átadott dokumentációban előírt minőségben szállítani. Felek a műszaki átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel.

6./ Csomagolás, tárolás

6.1. A Eladó a Berendezést a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Vevőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Eladó köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban a Berendezés tárolása a Vevő feladata és felelőssége.

7./ A Berendezés üzembe helyezése

7.1. A Berendezés üzembe helyezése a Eladó feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során a Berendezésnek rendelkeznie kell az összes alkatrésszel, illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden, a specifikációban vállalt funkciónak.

7.3. A sikeres beüzemelést a Vevő képviselőre jogosult vezetője igazolja.

Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy a Berendezés nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő a Berendezés kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

8./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Berendezésre, az üzembe helyezés napjától számított 1 év teljes körű jótállást és az ez idő alatti évenkénti megelőző karbantartást biztosít. A jótállási idő alatt Eladó a hiba bejelentését követően, munkanapokon, legkésőbb 48 órán belül köteles telefonos távsegítséget biztosítani. Amennyiben a hiba kijavítása távsegítséggel nem megoldható, Eladó 5 napon belül a helyszínen érdemben köteles megkezdeni a hiba felmérését, és ha lehetséges, akkor annak elhárítását akár szoftveres, akár hardveres hiba esetén. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem.

9./ Felek rögzítik, hogy a Berendezés 1 éven túli meghibásodása esetén, a vásárlástól számított minimum tíz éven át, amennyiben a Vevő ezt kéri, Eladó köteles annak javításáról, Vevő telephelyén, az aktuális szervizszerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.

10./ Eladó vállalja, hogy a Berendezés esetleges meghibásodása esetén az üzembe helyezéstől számított 10 évig biztosít pótalkatrészeket.

11./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben Eladó által vállalt feladatok késedelmes, vagy hibás teljesítése, avagy a Eladónak felróható okból a jelen szerződés egyes részeinek, vagy egészének meghiúsulása esetén Eladó kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:

11.1 Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a kötbér napi mértéke a Berendezés értékének 0,5%-a, de legfeljebb 20%.

Késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha a Eladó a Berendezést a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott határidőig nem szállítja le és nem helyezi üzembe. Hibás teljesítésnek tekintendő, ha az üzembe helyezés eredményeképpen a Berendezés nem a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek megfelelően működik.

A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11.2 Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból a Berendezést nem szállítja le a teljesítésre megállapított határidőt követő 2 hónap elteltével sem. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződéses érték 20%-a.

12./ Eladó tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Vevő üzleti titkát képezi. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél hozzájárulása nélkül nem közölhető, ide nem értve a jogszabályok általi kötelezést.

13./ Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. A felek az együttműködést kapcsolattartókon keresztül valósítják meg.

A kapcsolattartó

Vevő részéről:

Név:

Cím: 1083 Budapest, Szigony u. 43.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Eladó részéről:

Név:

Cím:

Telefon:

Fax:

E-mail:

14./ Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

15./ Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Fenti esetek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

16./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni.

17./ Jelen szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Jelen szállítási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2017.

.....
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Vevő

.....
.....
Eladó

A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

- Eladó, mint nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata